

Sonde Vaginale Saint-Cloud® OVA

Sonde vaginale de stimulation et de biofeedback pour la rééducation périnéale

Indications :

Rééducation périnéale – Prévention post-partum et rééducation des troubles de l'incontinence par électrothérapie et biofeedback.

Description du produit :

- Electrodes latérales : favorise un recrutement optimal et le confort de stimulation.
- Design anatomique : respecte la morphophysiologie vaginale.
- Col rétréci et poids ultra léger (15 g) : permet une stimulation stable et favorise les exercices debout.
- Connectique universelle 2 mm femelle renforcée.
- Tige indicatrice de contractions permet de visualiser la bonne contraction du plancher pelvien, d'éveiller la patiente à la contraction volontaire, facilite l'apprentissage et constitue un outil d'aide à l'évaluation des progrès réalisés en rééducation.

Caractéristiques techniques :

- Matière: ABS et Stainless Steel biocompatible
- Câble blindé en cuivre avec gaine PVC
- Longueur sonde : 9,4 cm
- Largeur sonde : 2 cm
- Longueur 1 électrode : 3,16 cm
- Longueur tige : 13,2 à 34 cm
- Classe IIa



Tige indicatrice de contraction



Electrodes latérales



Connectique renforcée



Connectique universelle 2 mm femelle

Description	Code Article	Code GTIN
Sonde vaginale OVA	114.700+	0190446303787