



Fabricant - *Manufacturer* : **IDENTITÉS**

Siège social – *Registered office* : ZA Pôle 49 – Boulevard de la Chanterie  
49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

SRN: **FR-MF-000033281**

Certifie, sous sa seule responsabilité, que les dispositifs médicaux de classe I listés ci-dessous sont des « aides techniques à la marche pour personnes handicapées » et répondent aux exigences essentielles de l'annexe I du Règlement sur les Dispositif Médicaux (UE) 2017/745. La classification est basée sur les exigences de l'annexe VIII du MDR.

L'évaluation de la conformité a été effectuée conformément à l'article 52 et l'annexe II du MDR.  
Le marquage CE a été apposé sur le produit conformément à l'annexe V du MDR.

*Certifies, under its sole responsibility, that the Class I medical devices listed below are "technical walking aids for people with disabilities" and meet the essential requirements of Annex I of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745. The classification is based on the requirements of Annex VIII of the MDR. Conformity assessment has been carried out in accordance with Article 52 and Annex II of the MDR.*

*The CE mark has been affixed to the product in accordance with Annex V of the MDR.*

<b>Code du produit/Référence catalogue – Product Code/Catalogue Reference</b>	<b>IUD-ID de base - Basic IUD-DI</b>	<b>Désignation - Designation</b>	<b>IUD ID</b>
822011	37602238822011NB	Fauteuil WC/douche et transfert Moovy	3760223835120
822013	37602238822011NB	Fauteuil WC/douche et transfert Moovy Elec	3760223836707
822052	37602238822011NB	Fauteuil WC/douche et transfert Moovy réglable	3760223838015
822275	37602238822011NB	Fauteuil de transfert Madagascar	3760223839579

Les normes harmonisées et/ou les spécifications communes suivantes ont été utilisées pour l'évaluation de la conformité. *The following harmonized standards and/or common specifications were used for the conformity assessment:*

**Dispositif médical de Classe I - *Class I medical device***

Fait à Saint Barthélémy d'Anjou, le 14/01/2026  
Done at Saint Barthélémy d'Anjou, 14/01/2026

François RENIER, Président (*General Manager*)



**IDENTITES 49**  
Bd de la Chanterie  
49124 BARTHELEMY D'ANJOU  
TEL. : 02.41.96.18.48  
743 642 00032